

精度管理情報

身長計	校正頻度	無
	校正記録	無
	校正日	—
体重計	校正頻度	2年1回
	校正記録	有 ※定期検査済証印、日常点検記録なし
	校正日	2024/12
体温計	校正頻度	無
	校正記録	無
	校正日	—
自動血圧計	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※院内点検記録、日常点検記録なし
	校正日	血圧計ごとに要確認
ECG	校正頻度	不具合時メーカー点検
	校正記録	有 ※日常点検記録あり
	校正日	—
心エコー	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第1超音波室 2024/11/29
	校正日	第2超音波室 2024/9/19
	校正日	第3超音波室 2024/9/19
X-P	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第4撮影室 2025/1/21
	校正日	第5撮影室 2025/1/16
	校正日	第6撮影室 2024/11/26
	校正日	第7撮影室 2024/10/10
CT	校正頻度	3ヵ月1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第1CT室 2025/8/21
	校正日	第2CT室 2025/8/6
MRI (3.0T)	校正頻度	3ヵ月1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	2025/8/14
骨シンチ	校正頻度	半年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	2025/9/12