

精度管理情報		
身長計	校正頻度	無
	校正記録	無
	校正日	—
体重計	校正頻度	2年1回
	校正記録	有 ※定期検査済証印、日常点検記録なし
	校正日	2024/12
体温計	校正頻度	無
	校正記録	無
	校正日	—
自動血圧計	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※院内点検記録、日常点検記録なし
	校正日	血圧計ごとに要確認
ECG	校正頻度	不具合時メーカー点検
	校正記録	有 ※日常点検記録あり
	校正日	—
心エコー	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第1超音波室 2025/9/25
	校正日	第2超音波室 2025/9/22
	校正日	第3超音波室 2025/9/29
X-P	校正頻度	年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第4撮影室 2026/01/06
	校正日	第5撮影室 2026/01/07
	校正日	第6撮影室 2025/11/10
CT	校正頻度	3カ月1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	第1CT室 2026/02/18
	校正日	第2CT室 2026/02/12
	校正日	第3CT室 2026/02/12
MRI (3.0T)	校正頻度	3カ月1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	2025/12/24
骨シンチ	校正頻度	半年1回
	校正記録	有 ※メーカー点検、日常点検記録あり
	校正日	2025/9/12